

## Dane o produkcie



**ID produktu** 5894

**Nazwa produktu** System kontroli podawania azotu do pieca rozplwowego MRO 160

**Numer katalogowy** 815280

**Producent** WT

### Opis

Przyłącze do zasilania azotem znajduje się z tyłu obudowy. Używany jest dostępny w handlu wąż sprężonego powietrza o nominalnej szerokości 4 mm (PK4). Do zasilania wymagany jest reduktor ciśnienia. Ustawienie powinno wynosić ok. 1,5 - 2,0 bar (0,15 - 0,2 MPas).